

補足 尿 N-Titin のクレアチニン補正

濃縮尿や希釈尿による測定値への影響を避けるため、
尿中クレアチニン（尿Cr：mg/dL）で補正した値（単位：pmol/mg Cr）
をご評価いただくことが一般的です。

$$\text{尿 N-Titin の Cre補正值 (pmol/mg Cr)} \\ = \text{尿 N-Titin濃度(pmol/dL) / 尿Cre(mg/dL)}$$

参考文献：

Maruyama N. et al.

Establishment of a highly sensitive sandwich ELISA for the N-terminal fragment of titin in urine

Sci Rep., 2016. PMID: [27991570](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27991570/)